



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°240181LOC**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 18/01/2024

Client : **HYTORC**

Adresse : **179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

N° de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 23200203** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 6.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **75 250 325** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	<b>124272</b>	<b>029/PR/1023</b>	COFRAC
<b>KELLER type LEO 2</b>			<b>30/10/2024 +/- 1 mois</b> étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : <b>X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		Manomètre étalonnée par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	101.8	199.5	300.4	399.1	500.1	601.2	701.3
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	95.4	193.4	293.1	393.4	495.8	596.1	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>+ 1.8</b>	<b>- 0.5</b>	<b>+ 0.4</b>	<b>- 0.9</b>	<b>+ 0.1</b>	<b>+ 1.2</b>	<b>+ 1.3</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**