



128 Déclaration de conformité

1 Juil 2024 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	616292523
N° d'identification Ident-No.	LV-CLDYN-0056 329762
Fabricant Manufacturer	STAHLWILLE
Référence catalogue Catalogue No.	730N/20
Gamme Tool range	40-200N·m
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure
Type/Classe Type / Class.	Type II: à déclenchement, ClasseA
Dérive Deviation	4,0 %
Adaptateur Adaption	734K/20
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	25,0mm
Extension de poignée Extension Handle	

Client Customer	SNCF VOYAGEURS VAISE Nezar SMIDA 60, Rue de Bourgogne 69 009 LYON VAISE
Humidité Humidity	39,0%
Température [°C] Temperature [°C]	21,0°C
Etalonnage Calibrating device	817461315
Logiciel Software	Torkmaster 5.1.3.1
Méthode de test Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Prochaine calibration Next calibration	1 Juil 2025

Transducteur 7723-1,4-200N·m, 517500253, FR234008270, 2792026, 4 Oct 2025
Test equipment

Ecart de mesure max. 0,51 %
Max. measurement error

Intervalle d'incertitude de mesure relative 0,62 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles Target values	40 N·m	MA	120 N·m	60,00 %	200 N·m	100,00 %
Valeurs d'échelle Scale readings	40 N·m	MA	120 N·m	60,00 %	200 N·m	100,00 %
	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m		Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m	
		%			%	
Couple à droite Clockwise torque	40,477	0,477	1,18	121,27	1,272	1,05
	40,332	0,332	0,82	122,76	2,761	2,25
	40,271	0,271	0,67	121,15	1,153	0,95
	40,304	0,304	0,75	121,64	1,640	1,35
	40,214	0,214	0,53	121,24	1,236	1,02
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$	40,320			121,61		199,94

Couple à gauche (antihoraire)
Anticlockwise torque

Moyenne $\bar{X}_r$
Average $\bar{X}_r$

Dérive max. [%] 2,25 % OK
Max. deviation [%]

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK

Date de calibration 1 Juil 2024 12:21:17
Calibration date

Responsable BANC2
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.