



84 Déclaration de conformité

26 Sept 2023 Declaration of Conformance

Numéro de série 119245545
Serial No.
N° d'identification 119245545
Ident-No.
Fabricant STAHLWILLE
Manufacturer
Référence catalogue 730NR FK-HD/65
Catalogue No.
Gamme 130-650N·m
Tool range
Moyen de serrage Moyen de mesure
Tool
Type/Classe Type II: à déclenchement, ClasseA
Type / Class.
Dérive 4,0 %
Deviation
Adaptateur
Adaption
Allonge amovible 0,0mm
Extension Interchangeable Element
Extension de poignée
Extension Handle

Client INTEST
Customer Franck FOUILLANT
4,Allée du levant
69890 La Tour de Salvagny

Humidité 39,0%
Humidity
Température [°C] 21,0°C
Temperature [°C]
Étalonnage 817461315
Calibrating device
Logiciel Torkmaster 5.1.3.1
Software

Méthode de test DIN EN ISO 6789-1:2017
Test method
Prochaine calibration 25 Sept 2024
Next calibration

Transducteur 7723-3,25-1.100N·m, 517460526, FR220815681, 24 Août 2025
Test equipment

Ecart de mesure max. 0,45 %
Max. measurement error

Intervalle d'incertitude de mesure relative 0,46 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles	130 N·m	MA	390 N·m	60,00 %	650 N·m	100,00 %
Target values						
Valeurs d'échelle	130 N·m	MA	390 N·m	60,00 %	650 N·m	100,00 %
Scale readings						
	Valeur	Dérive	Valeur	Dérive	Valeur	Dérive
	Act. Val.	Deviation	Act. Val.	Deviation	Act. Val.	Deviation
	N·m	N·m	N·m	N·m	N·m	N·m
		%		%		%
Couple à droite	131,52	1,522	378,46	-11,545	651,87	1,872
	131,23	1,225	377,73	-12,271	654,17	4,173
	131,13	1,126	377,66	-12,339	654,26	4,261
	130,98	0,980	377,75	-12,250	654,06	4,063
	131,05	1,047	377,86	-12,145	654,81	4,812
Moyenne $\bar{X}_r$		131,18	377,89		653,84	
Average $\bar{X}_r$						

Couple à gauche (antihoraire)
Anticlockwise torque

Moyenne $\bar{X}_r$
Average $\bar{X}_r$

Dérive max. [%] -3,27 % OK
Max. deviation [%]

Date de calibration 26 Sept 2023 15:30:03
Calibration date

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK

Responsable Cyril GOUX
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE

L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque head. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.