



201 Déclaration de conformité

30 Juin 2025 Declaration of Conformance

Numéro de série K119587
Serial No.
N° d'identification K118587
Ident-No.
Fabricant GEDORE
Manufacturer
Référence catalogue TORCOFIX-SE N°4101-02
Catalogue No.
Gamme 5-25N·m
Tool range
Moyen de serrage Moyen de mesure
Tool
Type/Classe Type II: à déclenchement, ClasseA
Type / Class.
Dérive 4,0 %
Deviation
Adaptateur 734K/5
Adaption
Allonge amovible 17,5mm
Extension Interchangeable Element
Extension de poignée
Extension Handle

Client STENI
Customer
Adrien NE
76, Chemin des Prés
69620 THEIZE

Humidité 39,0%
Humidity
Température [°C] 21,0°C
Temperature [°C]
Étalonnage 817461315
Calibrating device
Logiciel Torkmaster 5.1.3.1
Software

Méthode de test DIN EN ISO 6789-1:2017
Test method
Prochaine calibration 30 Juin 2026
Next calibration

Transducteur 7723-1,4-200N·m, 517500253, FR234008270, 2792026, 4 Oct 2025
Test equipment
7721-1,0,4-20N·m, 517490165, FR23008035, 4 Oct 2025

Ecart de mesure max. 0,51 %
Max. measurement error
Intervalle d'incertitude 0,62 %
de mesure relative 0,14 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles	5 N·m	MA	15 N·m	60,00 %	25 N·m	100,00 %
Target values						
Valeurs d'échelle	5 N·m	MA	15 N·m	60,00 %	25 N·m	100,00 %
Scale readings						
	Valeur	Dérive		Valeur	Dérive	
	Act. Val.	Deviation		Act. Val.	Deviation	
	N·m	N·m	%	N·m	N·m	%
Couple à droite	4,993	-0,007	-0,14	15,022	0,022	0,15
Clockwise torque	4,946	-0,054	-1,09	14,988	-0,012	-0,08
	4,919	-0,081	-1,65	14,979	-0,021	-0,14
	4,903	-0,097	-1,98	14,979	-0,021	-0,14
	4,892	-0,108	-2,21	14,973	-0,027	-0,18
Moyenne $\bar{X}_r$	4,931			14,988		25,337
Average $\bar{X}_r$						

Couple à gauche (antihoraire)								
Anticlockwise torque								
Moyenne $\bar{X}_r$								
Average $\bar{X}_r$								

Dérive max. [%] -2,21 % OK
Max. deviation [%]
Date de calibration 30 Juin 2025 12:18:09
Calibration date

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK
Responsable BANC2
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE
Head of calibration
Signature de ce certificat d'étalonnage est

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation
L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal
The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.